

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Pregoeiro do município de Macaíba-RN, no uso de suas atribuições, vem por meio deste prestar alguns esclarecimentos referentes ao Processo Licitatório denominado Pregão Presencial n.º 119/2011, objetivando o REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS TAIS COMO: CONTADOR DE CÉLULAS, CENTRÍFUGA SOROLÓGICA, ESTETOSCÓPIO, LANTERNA CLÍNICA, MESA DE MAYO, BALANÇAS ANTROPOMÉTRICA E PEDIÁTRICA, CADEIRAS DE RODAS, NEBULIZADORES, NEGATOSCÓPIO DE PAREDE, DETECTOR FETAL, APARELHOS DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, OTOSCÓPIO HALÓGENO, TERMÔMETRO DE GELADEIRA, AMALGAMADOR PARA CÁPSULAS, COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MICROSCÓPIO ÓPTICO, MOBILIÁRIO, MOBÍLIA DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, ELETRO-ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, REFRIGERAÇÃO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DENTRE OUTROS.

Inicialmente, quanto ao item 18, dos itens a serem cotados no Termo de Referência, foi suprimido algumas informações, para facilitar a elaboração de proposta mais vantajosa em relação ao mesmo, conforme especificado abaixo:

ONDE SE LÊ:

“ITEM 18 - EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO - HOSPITALAR: Kit medidor de glicemia, composto de monitor, lancetador, 10 lancetas, 10 tiras-testes, estojo e manual. Bateria incluída. Fotômetro de refletância. Memória para 200 resultados com data e hora. Faixa de medição de 10 a 600mg/dL. Codificação por meio de chip de código. Possibilidade de coleta de sangue com tira teste fora do monitor. Média dos resultados dos últimos 7 e 14 dias. Liga e desliga automaticamente ao inserir e retirar a tira de teste. Garantia mínima de 01 ano.” (GRIFOS NOSSOS)

LEIA-SE

“EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO - HOSPITALAR: Kit medidor de glicemia, composto de monitor, lancetador, 10 lancetas, 10 tiras-testes, estojo e manual. Bateria incluída. Memória para 200 resultados com data e hora. Faixa de medição de 10 a 600mg/dL. Codificação por meio de chip de código. Possibilidade de coleta de sangue. Média dos resultados dos últimos 7 e 14 dias. Liga e desliga automaticamente ao inserir e retirar a tira de teste. Garantia mínima de 01 ano.”


As expressões sublinhadas na primeira especificação foram retiradas para que não haja direcionamento para nenhum fabricante específico.

No tocante a abertura do certame, o mesmo está confirmado para o dia 13/12/2011, às 09H00 na sede da Prefeitura Municipal de Macaíba.

Por fim, gostaria de lembrar aos licitantes, quanto ao preenchimento da ficha eletrônica (Proposta eletrônica) disponibilizada através do site: www.prefeiturademacaiba.com.br, necessária para que possamos dar maior agilidade a sessão.

Atenciosamente,

Macaíba-RN, em 09 de dezembro de 2011.


EDILSON MEDEIROS CESAR DE PAIVA JÚNIOR
PREGOEIRO - PMM