

SETOR:	Los Alamos
Nº DE PROC.:	3704
PÁG.:	
ASS.:	Jessy
MAT.:	Joquely

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada em Manutenção Corretiva e Reposição de Peças e Acessórios de Equipamentos Hospitalares nos aparelhos: Monitor de Sinais Vitais Dixtal DX 2022, e Ventiladores Pulmonar marca Leistung- PR4g , Monitor General Meditech, modelo G3F e Cardioversor marca Ecafix , modelo: MDF-03, para as salas de urgência e emergência da unidade de Pronto Atendimento Aluizio Alves.

2. JUSTIFICATIVA: Devido ao manuseio excessivo em diversos atendimentos diários desses equipamentos e acessórios, na Unidade de Pronto Atendimento UPA – Aluizio Alves, e também nos procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização acarretam a diminuição da vida útil dos mesmos. Portanto, a contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos médicos hospitalares, este serviço poderá diminuir custos e proporcionar segurança e confiança nos parâmetros vitais nos atendimentos .

3. FORMA E LOCAL DE ENTREGA: Os equipamentos e acessórios deverão ser retirados e entregues pela empresa vencedora nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento, localizada na Av. Jundiá, 100 – BR 160, Macaíba/RN, de acordo o pedido previamente solicitado, em conformidade com os quantitativos da Solicitação de Despesa.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações e observações constantes do anexo I deste Termo de Referência.

5. FORMA DE FORNECIMENTO

5.1 – Os equipamentos e os acessórios adquiridos deverão ser entregues no local acima citado (item 3 deste Termo de Referência), no horário de 08h às 17h, de segunda a sexta-feira, em um prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da Solicitação de Despesa.

5.2 - Os acessórios/ equipamentos adquiridos deverão ser apresentados em embalagens fechadas e lacradas com data de embalagem e período de validade, caso não possua esta apresentação, o licitante quando da entrega do produto, poderá não aceitar a sua entrega.

5.3 – A manutenção dos equipamentos será realizada na empresa vencedora e ao ser entregue deverá ser comprovado seu funcionamento e conter o lacre do serviço e garantia de no mínimo 90 dias do serviço realizado.

5.4 - Os acessórios adquiridos deverão ter registro no Ministério da Saúde.

5.5 - Os produtos deverão quando no ato de entrega ter no mínimo 80 % (oitenta por cento) do prazo de validade indicado pelo fabricante.



5.6 – A UPA – Unidade de Pronto Atendimento, se reserva no direito de solicitar através de diligência, para atendimento em 03 (três) dias úteis, esclarecimentos ou complemento de instrução do processo, sob pena de possível desclassificação do licitante pelo não cumprimento.

6. OUTRAS PRESCRIÇÕES: Além das especificações mencionadas, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado.

SETOR:	licitação
Nº DE PROC.:	3724
PAG:	
ASS:	Almeida
MAT:	1090639

6.1 - Não serão aceitos entregas e/ou materiais similares, devendo ficar tudo em acordo com as especificações constantes do presente no Termo de Referência;

6.2 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura das propostas de preço;

6.3 - A diferença entre o prazo de entrega e a validade deverá ser de no mínimo de 10 meses;

6.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.

6.5 - Prazo para entrega dos produtos: em até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento pela empresa.

6.6 - As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando acompanhadas do relatório de recebimento, devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável.



Aldilene Albuquerque Mafalda
Gestora da UPA
Matrícula 1102133

Aldilene Albuquerque Mafalda
Gestora - UPA Macaíba
Mat: 1102133



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Mônica Nobrega Dantas, 34 - Centro - Macaíba/RN - CEP: 59280-000 - Fone: 84 3271-6550

PESQUISA MERCADOLÓGICA CONFORME ART. 40, PARÁGRAFO 2º, INCISO II DA LEI 8.666/93

SETOR: licitação
Nº DE PROC.: 3704
PAC.:
ASS.: Jesuo
MAT.: 1099639

ANEXO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
1	Serviço de Manutenção Corretiva em Monitor Multiparamétrico, Marca: Genegal Meditech, Modelo: G3F, NS G3FBR5810, com serviço de reparo no conjunto aquisição SPO2 e Parck bateria	UND.	1
2	Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva em um Ventilador Pulmonar Marca: Leistung Modelo: PR4g NS: C13016, com reparo na placa principal, troca do display, manutenção preventiva de 1500 horas e reparo das baterias externas PR4-G.	UND.	1
3	Serviço de Manutenção Corretiva e preventiva em Ventilador Pulmonar Marca: Leistung Modelo : PR4g NS: C13017, com reparo na placa principal, troca da fonte de alimentação interna, manutenção preventiva de 1500 horas e reparo das baterias externas PR4-G.	UND.	1
4	Serviço de Manutenção Corretiva em um monitor multiparamétrico Marca: Dixtal, Modelo: DX 131816213, com repara na placa principal e troca do conj. Pack bateria.	UND.	1
5	Serviço de Manutenção corretiva em um Cardioversor Marca: Ecafix, Modelo: MDF-03 NS:705302, com reparo na fonte principal	UND.	1

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA MONITOR GENERAL MEDITECH, MODELO: G3F	UND.	QUANT.
1	Sensor de Oximetria SPO2 Adulto - DESCRIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA MONITOR GENERAL MEDITECH, MODELO: G3F	UND.	4
2	Braçadeira PNI Adulto uma via - DESCRIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA MONITOR GENERAL MEDITECH, MODELO: G3F	UND.	4
3	Mangueira PNI uma via - DESCRIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA MONITOR GENERAL MEDITECH, MODELO: G3F	UND.	4
4	Cabo ECG 5 vias com Rabicho - DESCRIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA MONITOR GENERAL MEDITECH, MODELO: G3F	UND.	3
5	Cabo de Força - DESCRIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA MONITOR GENERAL MEDITECH, MODELO: G3F	UND.	2
6	Sensor de temperatura - DESCRIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA MONITOR GENERAL MEDITECH, MODELO: G3F	UND.	2

ITEM	DESCRIÇÃO REF. A MANUT. DE DOIS VENTILADORES PULMONAR, MARCA: LEISTUNG PR4g	UND.	QUANT.
1	Display de Cristal Líquido - LEISTUNG PR4g	UND.	1
2	Válvula Exalatória -LEISTUNG PR4g	UND.	2
3	Kit de Manutenção Preventiva -LEISTUNG PR4g	UND.	2
4	Bateria Auxiliar Externa-LEISTUNG PR4g	UND.	2
5	Umidificador Aquecido 220v-LEISTUNG PR4g	UND.	2
6	Circuito Completo para Ventilador Leistung, modelo PR4g com cinco traqueias e jarra -LEISTUNG PR4g	UND.	4

Gumyfla

7	Pedestal para suporte do ventilador Leistung, modelo PR4g -LEISTUNG PR4g	UND.	2
8	Jarra térmica umidificador compatível com umidificador aquecido gt5000plus e aparelho LEISTUNG LUFT 3-LEISTUNG PR4g	UND.	2

SETOR: locação
Nº DE PROC.: 3704
Jusua
1099639

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA MONITOR MARCA: DIXTAL, MODELO: DX2022	UND.	QUANT.
1	Sensor de Oximetria SPO2 Adulto - MODELO: DX2022	UND.	3
2	Braçadeira PNI Adulto uma via - MODELO: DX2022	UND.	3
3	Mangueira PNI uma via - MODELO: DX2022	UND.	3
4	Cabo de ECG 5 vias com Rabicho - MODELO: DX2022	UND.	3
5	Cabo de Força - MODELO: DX2022		3
6	Sensor de Temperatura - MODELO: DX2022	UND.	3

ITEM	DESCRIÇÃO MAT. REF. À MANUT. CORRETIVA EM UM CARDIOVERSOR, MARCA ECAFIX MOD. 03	UND.	QUANT.
1	Fonte de Alimentação Interna - MARCA ECAFIX MOD. 03	UND.	1

Gisleyne

GISLEYNE KARLA MEDEIROS DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde