



SETOR:	licitação
Nº DE PROC.	1353
PÃO:	
ASS:	Jessuato
MAT:	1099639

TERMO DE REFERÊNCIA

- 1. OBJETO:** Abertura do processo licitatório para aquisição futura de testes de controle de esterilização nas autoclaves da unidade (Indicador Biológico e Indicador Químico), para Unidade Pronto Atendimento Aluízio Alves..
- 2. JUSTIFICATIVA:** O indicador Biológico e o Indicador Químico visa verificar a eficácia do Controle de esterilização nas autoclaves. Como é sabido que o indicador Biológico é o único que serve para testar o poder de esterilização do equipamento de esterilização. É necessário para fazer a monitorização, podemos dizer se os micro-organismos realmente são mortos durante o processo ou se, por alguma falha, eles conseguem sobreviver podendo gerar uma série de infecções e contaminações. Nosso equipamento de esterilização deve ser testado frequentemente para podermos ter certeza de que os funcionários e pacientes estão seguros de possíveis contágios. É para isso que utilizamos os indicadores biológicos .

A monitoração química baseia-se em indicadores químicos multiparamétricos classe 5, mostrando que a temperatura e presença de vapor no tempo suficiente para que tenha ocorrido a esterilização, com leitura rápida, serve para monitorar e avaliar os ciclos de esterilização em autoclaves.

- 3. FORMA E LOCAL DE ENTREGA:** O material deverá ser entregue nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento, localizada na Av. Jundiá, 100 - BR 160, Macaíba/RN, de acordo com o pedido previamente solicitado, em conformidade com os quantitativos da Solicitação de Despesa.
- 4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:** Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações e observações-constantas do **Anexo I** deste Termo de Referência.

5. FORMA DE FORNECIMENTO

5.1- Deverão ser entregues no local acima citado (item 3 deste Termo de Referência), no horário de 08h às 17h, de segunda a sexta-feira, em um prazo máximo de até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento da Solicitação de Despesa, com as seguintes exigências:

5.1.1 - Citados pelo objeto deste Termo de referência, prazo de validade, número de lote, Registro no Ministério da Saúde, instruções, cuidados na utilização, ficha técnica e de

segurança. Caso o produto não possua estas apresentações, o CONTRATANTE poderá não aceitar a sua entrega.

SETOR:	1000000
Nº DE PROC.:	1353
PAG.:	
ASS.:	Aluizio
MAT.:	1099639

5.2 - Os produtos deverão quando no ato da entrega ter no mínima 80 % (oitenta por cento) do prazo de validade indicado pelo fabricante.

6. OUTRAS PRESCRIÇÕES: Além das especificações mencionadas, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas as condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado:

6.1 - Não serão aceitos entregas de produtos similares, devendo ficar tudo em acordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;

6.2 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura das propostas de preço;

6.3 - A diferença entre a prazo de entrega e a validade deverá ser de no mínimo de 10 meses;

6.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.

6.5 - Prazo para a entrega dos produtos, em até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Solicitação de Despesa.

6.6 - As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número do processo de compras e dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando acompanhadas do relatório de recebimento, devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável

Luana de Lima Pereira Santos
Coord. Enfermagem
COREN/RN 398.119

Alcilene Albuquerque
Gestora - UPA Macaíba
Mat: 1102133

ANEXO I

SETOR: licitação
 Nº DE PROC.: 1353
 PÁG.: 1
 ASS.: Jessica
 MAT. QUANT. 1099639

O produto deverá ter as seguintes características:

CONTROLE DA EFICÁCIA DE ESTERELIZAÇÃO	
DESCRIÇÃO	UNID. MAT. QUANT.
INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA EM ATÉ 24 HORAS, COMPOSTO DE UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA, PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO. CADA RECIPIENTE DEVERÁ POSSUIR UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO E A MUDANÇA DE COLORAÇÃO NO INDICADOR QUE PASSOU PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO.	UNID. 500
INDICADOR QUÍMICO CLASSE 5, DESTINADO À MONITORAÇÃO IMEDIATA DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO NA AUTOCLAVE A VAPOR, DE FÁCIL LEITURA E RIGOROSA PRECISÃO, DETECTANDO FALHAS NO PROCESSO COMO AUSÊNCIA DE VAPOR E/OU TEMPERATURA MUITO BAIXA, ATÓXICO FABRICADO CONFORME PADRÃO INTERNACIONAL DE QUALIDADE ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION).	UNID. 2.500

Cláudia de Lima Pereira Santos
Coord. Enfermagem
CRM: 119.119

Aldilene Albuquerque Mafaldo
Gestora - UPA Macaíba
Mat: 1102133