

SETOR:	licitação
Nº DE PROC.:	3904
PÁG.:	
ASS.:	Jesuo
MAT.:	1099639

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO: Abertura do processo licitatório para prestação de serviços de Esterilização de Material Hospitalar, para executar o processo físico por vapor saturado sob pressão (autoclave), e físico químico através do plasma de peróxido de hidrogênio, promovendo a completa eliminação ou destruição de todas as formas de micro-organismos como: vírus, bactérias, fungos, protozoários, esporos, etc. dos materiais termo resistentes e termo sensíveis utilizados na instituição, com comprovação da eficácia do processo através de testes físico, químico e biológico, conforme material relacionado no **ANEXO I** deste Termo de Referência.

2 – JUSTIFICATIVA: Os materiais utilizados na Unidade de Pronto Atendimento Aluízio Alves, necessitam de procedimentos diferenciados de limpeza, desinfecção, e esterilização, para que os pacientes em atendimento, não adquiram infecções na execução dos procedimentos executados, devendo para isto, que a empresa responsável garanta a esterilização dos materiais, seguindo as Normas Regulamentadoras exigidas pela Vigilância Sanitária. Para a esterilização de materiais termo sensível, optamos pela esterilização por peróxido de hidrogênio por ser um método mais rápido e menos nocivo. Para essa contratação deverão ser seguidas as determinações das Resoluções ANVISA:

- RDC 15/2012, que Dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providencias;
- ABNT NBR ISO 14937 que dispõe sobre normas de esterilização de produtos para a saúde;
- E demais legislações pertinentes vigentes. Deverão ser utilizadas as Normas Brasileiras para fins de comprovação sobre a validação do equipamento, validação do processamento e validação das instalações.

3. FORMA E LOCAL: A prestação dos serviços deverá atender todas as demandas objeto deste Termo de Referência da Unidade de Pronto Atendimento Aluízio Alves localizada na Av. Jundiá, 100 – BR 160, em Macaíba/RN, para fins de esterilização do material relacionado no **ANEXO I** deste Termo de Referência, nas dependências da empresa CONTRATADA, devendo ser levado em consideração a necessidade da execução do serviço, para que aconteça em tempo hábil a entrega e a devolução do referido material.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: A UPA Aluízio Alves, necessita de materiais estéreis para prestar os cuidados para os seus pacientes em atendimento, e para que o processo de esterilização ocorra de forma adequada é necessária à eficácia da limpeza, secagem, acondicionamento compatível com o método de esterilização e comprovação através de testes no ciclo do equipamento e no material processado.



SECTOR:	Atendimento
Nº DE PROC.:	3904
ASS.:	Jesuo
MAT.:	1099639

5. FORMA DE EXECUÇÃO: Os serviços de esterilização deverão processar os materiais de acordo com as características dos mesmos, para realizar a esterilização do material.

- 5.1 – O material será enviado pela UPA, já executada a remoção mecânica de sujidade através de fricção com escovas e uso de soluções de limpeza, em recipiente fechado;
- 5.2 – Conferir o material avaliando a compatibilidade com o processo de esterilização proposto;
- 5.3 - Comprovação de licença de funcionamento, expedida pelo órgão sanitário estadual ou municipal competente, semelhante ao objeto da presente licitação.
- 5.4 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, demonstrando os serviços executados pelo licitante
- 5.5 - Os serviços de esterilização, com limpeza e secagem dos materiais, deverão observar as técnicas de assepsia indicadas para cada material, assegurado os níveis aceitáveis de esterilização indicados pela Organização Mundial de Saúde;

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - A CONTRATADA E CONTRATANTE deverá:

6.1 – DA ENTREGA: A entrega do material sujo deverá ser realizada pela CONTRATANTE, até as 10:00 horas, transportando o material até a CONTRATADA, anexado de formulário com a relação dos materiais enviado, para obter o recebido da entrega.

DO RECEBIMENTO: O recebimento de todo material esterilizado deverá ser a partir das 16:00 horas do mesmo dia, sendo o CONTRATANTE responsável pelo envio de um motorista da Unidade para tal.

NOTA: Caso a entrega do material esterilizado postergue o horário limite de entrega, o mesmo deverá ser recebido no dia seguinte até as 10:00 horas (A UPA SERÁ SEMPRE RESPONSÁVEL PELO ENVIO E RECOLHIMENTO DO MATERIAL).

6.2 - A CONTRATADA deverá observar os prazos de recebimento e devolução dos materiais, cumprindo os prazos pré-determinados, assim como identificar individualmente todos os materiais e a unidade de saúde de destino, fazendo-se gravar na embalagem a data de esterilização, lote e validade da esterilização, para cumprimento e eficácia da prestação dos serviços;

6.3 - Garantir a entrega do material na mesma quantidade enviada (conforme relação enviada na entrega);

6.4 – Havendo inadequações nos processos de esterilização ou danos à embalagem que possam eventualmente ocorrer, a CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO, devendo o mesmo, automaticamente refazer os serviços prestados sem gerar ônus para a Instituição;

6.5 – Utilizar embalagens compatíveis com o processo de esterilização comprovadamente eficaz, preservando a integridade física e barreira microbiana. Deverá também, constar a identificação legível de data de validade da esterilização;





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MACAÍBA
Nº DE PROC.: 3904
PÁG.: _____
ASS.: <i>Jesusa</i>
MAT.: 1094639

6.6 – Garantir o uso de indicador químico em todas as embalagens, indicando que o material passou pelo processo de esterilização;

6.7 - Garantir na prestação de serviços o processo de cultura microbiológica, através de indicadores biológicos em todos os lotes de esterilização, mantendo esses registros à disposição da CONTRATANTE;

7. OUTRAS PRESCRIÇÕES: Além das especificações mencionadas no **ANEXO I**, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e da execução dos serviços licitado:

7.1 - Não será aceito durante o período de garantia dos serviços (12 meses), qualquer problema Técnico e/ou parada em seu funcionamento, correspondente a falhas nos serviços (objeto deste Termo de Referência), devendo ficar tudo pleno conforme as especificações constantes do presente Termo de Referência. Caso venha acontecer qualquer falha referente aos serviços contratados, a empresa contratada deverá executar todo que for necessário para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência sem nenhum ônus para a CONTRATANTE.

7.2 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura das propostas de preço;

7.3 - A vigência do contrato será de 12 meses, a partir da sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogado por, no máximo, 04 meses, para conclusão dos serviços objeto deste termo;

7.4 - Os preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como custos, testes, leis sociais e tributos.

7.5 - A nota fiscal não poderá ter rasura e deverá descrever corretamente os serviços prestados, número de empenho, número do processo de compras, e dados bancários para depósito. A nota fiscal será liberada para pagamento somente quando acompanhada dos relatórios e laudos citados neste Termo de Referência, devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável.

ANEXO I - LOTE ÚNICO

ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES

SETOR: laudo
Nº DE PROC.: 3904
PÁG.:
ASS.: Jenifer
MAT.: 1094639

ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO			
Nº	Descrição	Unid.	Quant.
01	UMIDIFICADOR	UND.	50
02	KIT MÁSCARA DE VENTURE	KIT	50
03	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (G)	UND.	100
04	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (M)	UND.	50
05	CIRCUITO RESPIARDOR ADULTO	KIT	550
06	CIRCUITO RESPIARDOR INFANTIL	KIT	20
07	KIT ÂMBU ADULTO	KIT	100
08	KIT ÂMBU INFANTIL	KIT	20
09	KIT ÂMBU NEO	KIT	5
10	KIT DE NEBULIZAÇÃO	KIT	150
11	CANULA DE GURGEL	UND.	60
12	FRASCO DE ASPIRAÇÃO	UND.	60
13	MASCARA LARINGEA	UND.	30
14	BUGI	UNID.	30
ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO			
Nº	Descrição	Unid.	Quant.
15	KIT SUTURA DELICADO (PINÇAS: KELY CURVA, DENTE DE RATO, KELY RETA, PEAN E BACKAUS, TESOURA CIRURGICA FINA, PORTA BISTURI, PORTA AGULHA, CÚPULA E BANDEJA RETANGULAR INOX)	KIT	800
16	EXTENSÃO DE LATEX	UND.	300
17	GAZES PACOTE COM 10 UND	PCT	6.000
18	KIT CATETERISMO (CUBA RIM, CUPULA, PINÇA PEAN)	KIT	200
19	COMPRESSA CIRÚRGICA	UND.	500
20	FRASCO DE ASPIRAÇÃO DE VIDRO	UND.	100
21	CUBA RIM INOX	UND.	50

Aldilene Albuquerque Mafalda
Gestora - UPA Macaíba
Mat: 1102133