



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR:	licitação
Nº DE PROC.:	4380
PÁG.:	
ASS.:	Buona
MAT.:	87870

## ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA

**1. OBJETO:** Aquisição de equipamentos de tratamento fisioterapêutico para o Centro de Saúde Luiz Antônio da Fonseca Santos, atendendo a proposta nº 11303.093000/1150-02 do Ministério da Saúde, Recurso de emenda parlamentar 12550013, de acordo com os termos e condições constantes no presente Termo de Referência.

**2. JUSTIFICATIVA:** Esta solicitação visa proporcionar a disponibilização de equipamentos para a rotina diária da fisioterapia destinada a assegurar e promover as boas práticas para o funcionamento adequado ao setor. Assim, garantindo uma melhor eficiência e eficácia para os tratamentos fisioterapêuticos realizados no Centro de Saúde.

**3. FORMA E LOCAL DE ENTREGA:** Os equipamentos deverão ser entregues nos locais a serem determinados pelo Fiscal de Contrato, no âmbito do Município de Macaíba, por conta do contratado. Os pedidos serão efetuados por meio de requisição própria, emitida pelo Fiscal do Contrato, com pelo menos 24 horas de antecedência do serviço. O contrato a ser firmado terá uma duração de 12 (doze) meses a contar da ordem de fornecimento

**4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:** Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela anexa.

### 5. FORMA DE FORNECIMENTO:

**5.1** - A entrega dos Equipamentos, deverão ser entregues nos locais determinados pelo Fiscal de Contrato, no horário de 08h às 17h, de segunda a sexta-feira, em um prazo máximo de até 30 (trinta) dias CORRIDOS a contar do recebimento da Solicitação de Despesa.

A



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR:	Licitação
Nº DE PROC.:	4380
PÁG.:	
ASS.:	Buena
MAT.:	57270

**6. OUTRAS PRESCRIÇÕES:** Além das especificações mencionadas, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado:

**6.1** - A empresa Licitante Vencedora efetuará a entrega do equipamento no local específico mencionado pelo Fiscal de Contrato.

**6.2** – O fornecedor deve capacitar com treinamento de operação “*in loco*”, em datas a serem agendadas com a equipe do Centro de Saúde, devendo o treinamento citado acima ser o suficiente para habilitação dos profissionais.

**6.3** - Forma de pagamento: em até 30 (trinta) dias do Termo de Recebimento definitivo das entregas dos produtos, com a apresentação das respectivas notas fiscais/faturas.

**6.4** – Os equipamentos deverão ter Garantia mínima de 12 (doze) meses;

**6.5** – Os equipamentos deverão acompanhar Manual em português;

**6.6**- Assistência Técnica no Estado do Rio Grande do Norte;

**6.7** - Instalação e fornecimento de treinamento de operação do equipamento para os usuários em turnos definidos pelo comprador (manhã, tarde, se necessário) no endereço do Licitante;

## 7. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA

a) A fiscalização e o acompanhamento da execução da Ata caberão ao Fiscal de contrato: Edielias Pereira Elias - Matrícula: 1099153 (titular), e Rodolfo Alves de Farias - Matrícula: 0073733 (suplente).

Macaíba/RN, 08 de julho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**José Alzair Matias da Silva**  
**Chefe Geral da Secretaria Municipal de Saúde**

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Em: 08 de julho de 2019.

De acordo e aprovo:


  
\_\_\_\_\_  
**Gisleyne Karla Medeiros da Silva**  
**Secretária Municipal de Saúde.**



SETOR: Licitação  
Nº DE PROC.: 4380  
PÁG.:  
ASS.: Juana  
MAT.: 57870

EQUIPAMENTOS FISIOTERAPIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT
1	Laser para fisioterapia - modo de operação suporta operação contínua; frequência de modulação a partir de 16Hz - 48Hz; sistema de dornecimento do feixe de LED; 4 canetas laser infravermelho para fisioterapia (660mm a 904mm); acompanha cabo de força, manual de instruções, 02 óculos (paciente e operador), termo de garantia.	Und	5
2	Ultrassom para fisioterapia - tecnologia de operação microcontrolada; frequência de 1.0 mhz e 3.0 mhz; modo de emissão contínuo pulsado; sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°C; saída para terapia combinada; possui 02 transdutores anatômico e a prova de água; painel com teclado suave e display grafico de cristal liquido com iluminação; alimentação 220v; acompanha cabo de força; 1 bisnaga de gel condutor mínimo de 250ml, manual de instruções e garantia mínima de 12 meses;	Und	3

  
José Alzair Matias da Silva  
Chefe Geral da Secretaria Municipal de Saúde