



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Mônica Nóbrega Dantas, 28, Centro - Macaíba/RN - CEP: 59.280-00 – Fone: 84 - 3271-6550

SETOR:	vacinação
Nº DE PROJ:	1410
PAC:	
ACS:	Jessica
MAT:	1099639

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Aquisição de Câmara para conservação de vacinas, para suprir a demanda dos serviços vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba.

2. JUSTIFICATIVA:

A câmara para conservação de vacinas - gabinete externo é um equipamento indispensável para o bom funcionamento dos serviços de saúde, pois promove a garantia da qualidade dos imunobiológicos adquiridos e ofertados à população. As vacinas devem ser mantidas em temperaturas controladas, para assegurar que mantenham sua potência e imunogenicidade, devem ser mantidas em temperatura controladas desde sua produção até seu uso.

Sendo a câmara para conservação de vacinas - gabinete externo utilizado nas Estratégias de Saúde da Família (ESF), Centro de Saúde Luiz Antônio Fonseca Santos, entre outras unidades prestadoras de serviços de saúde a população. Ressaltamos que esta aquisição é de fundamental importância, para assegurar a conservação das vacinas nas condições adequadas para uso.

3. FORMA E LOCAL DE ENTREGA

Os equipamentos serão prestados de forma parcelada, conforme demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser entregues nos locais a serem determinados pelo Fiscal de Contrato, no âmbito do Município de Macaíba, por conta do contratado. Os pedidos serão efetuados por meio de requisição própria, emitida através do Setor de Compras.

O contrato a ser firmado terá uma duração de 12 (doze) meses a contar da ordem de fornecimento. A entrega deverá ser realizada no endereço a priori na Avenida Mônica Dantas, nº 28, centro, macaíba, das 08:00h as 16:00hs, na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)/Almoxarifado.

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela anexa.

Alena *Camilla*



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Mônica Nóbrega Dantas, 28, Centro - Macaíba/RN - CEP: 59.280-00 – Fone: 84 - 3271-6550

SETOR:	Locução
Nº DE PROC:	1410
PÁG:	
ASS:	Jessu
MAT:	1099639

5. OUTRAS PRESCRIÇÕES:

Além das especificações mencionadas, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado:

5.1 - Não serão aceitos equipamentos em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;

5.2 - A empresa contratada deverá prestar garantia do objeto pelo prazo de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data do recebimento definitivo do objeto, bem como assistência técnica em caso de defeito de fabricação em até 12 (doze) horas após a abertura do chamado

5.3 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura das propostas de preço;

5.4- Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.

5.5 - Os materiais devem ter a validade mínima de 15 (quinze) meses contados do recebimento da Nota Fiscal.

5.6 - A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da solicitação de despesa, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação de prazo, e este ser aceito pela gestão do Fundo Municipal de Saúde.

5.7 - O fornecedor será responsável pela entrega e pelo descarregamento dos materiais adquiridos pelo executor da compra.

5.8 – A licitante deverá apresentar obrigatoriamente as seguintes certidões de regularidade fiscal e trabalhista no ato da entrega das mercadorias, para que recebimento seja efetuado com sucesso:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Reusa *Gruppia*



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Av. Mônica Nóbrega Dantas, 28, Centro - Macaíba/RN - CEP: 59.280-00 – Fone: 84 - 3271-6550

SETOR:	Laكاتار
Nº DE FOLHA:	1410
PÁG:	
ASS:	Jessuê
MAT:	10.94639

- b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal), Estadual e Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade;
- c) Certificado de Regularidade do FGTS, devidamente atualizado; (CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS)

6. DA FISCALIZAÇÃO DA ATA

- a) A fiscalização e o acompanhamento da execução da Ata caberão ao Fiscal de contrato: Írlia Maria da Silva Pereira de Paula:1103059 (titular), Carlos Frank Prudêncio Bezerra – Matrícula: 1107003 (suplente).

Macaíba/RN, 26 de março de 2020.

Írlia Maria da Silva Pereira de Paula
Coordenadora da Atenção Básica

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Em: 26 de março de 2020.

De acordo e aprovo:

Gisleyne Karla Medeiros da Silva
Secretária Municipal de Saúde
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAÍBA



ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUANT
1	<p>CÂMARA PARA VACINAS - MODELO SIMILAR A RVV 200D - REFRIGERADO OU SUPERIOR: EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 1 500 L ÚTEIS OU 1 148 MIL DOSES DE 5 ML. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO A MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELADO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA A LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. DOZE PRATELEIRAS, FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. TRÊS PORTAS DE VIDRO DUPLO TIPO NO FOG POR ACESSO VERTICAL. ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PADERES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS ESPECIAIS, COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR AO NÍVEL DOS OLHOS COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA, APRESENTANDO SIMULTANEAMENTE A VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, DESCRIÇÃO DE EVENTOS E NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. REGISTRADOR GRÁFICO OU SISTEMA COM PEN DRIVE DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO PARA REGISTRO DE TEMPERATURA, EVENTOS OU RELATÓRIOS, SEM UTILIZAR SOFTWARE OU COMPUTADOR EXTERNO. SISTEMA DE ALARME REMOTO A DISTÂNCIA POR DISCADORA, COM MEMÓRIA DE NÚMERO TELEFÔNICOS PREFIXADOS. ILUMINAÇÃO INTERNA TEMPORIZADA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL. COM ACIONAMENTO EXTERNO DIRETAMENTE NO PAINEL COM TEMPO PROGRAMADO PELO USUÁRIO; SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA. FALTA DE ENERGIA DOTADA DE BATERIA RECARREGÁVEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO, DE APENAS UM TOQUE. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO GARANTIDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE BACKUP DE ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL PARA TODA A REDE DE COMANDO ELETRÔNICO E SISTEMAS DE ALARMES COMO MONITORAMENTO DE 24H A 48H NA FALTA DE ENERGIA.</p>	Und	30
2	<p>CÂMARA PARA VACINAS - MODELO SIMILAR A RVV22D - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacina. Capacidade para armazenamento mínimo de 280 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçada de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. 04 prateleiras e/ou gavetas deslizes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. Porta de vidro triplo tipo "no fog" ou "cega". Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal.</p> <p>- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falha de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia - liga/desliga. Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. Registro na ANVISA. Manual do proprietário em Português.</p>	Und	5

SETOR: Vacinação
Nº DE PROCESSO: 1410
PAIS: _____
ASS: Jessuio
MAT: 1099639

Jessuio
Íria Maria da Silva Pereira de Paula
Coordenadora da Atenção Básica